

Dom Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie ,20-718 Lublin ,Al. Kraśnicka 223
zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz.U. z 2007 r. nr 223) informuje, że w dniu 14.11.2008 o godz. 17.56 wpłynęło zapytanie,
dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opracowanej do przetargu
nieograniczonego na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego –nr zamówienia 244346-2008 z dnia
12.11.2008 r.

Poniżej podajemy treść zapytania i wyjaśnienie:

Treść pytania

1) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka rehabilitacyjne o szerokości całkowitej 1070 mm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza takie wykonanie

Treść pytania

2)Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka rehabilitacyjne których szerokość wynosi 840 mm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza takie wykonanie

Treść pytania

3)Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka rehabilitacyjne czterosegmentowe, w tym jeden segment nieruchomy?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza takiego wykonania

Treść pytania

4)Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka rehabilitacyjne wyposażone w poręcze boczne opuszczane zintegrowane z łóżkiem?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza takie wykonanie

Treść pytania

5)Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka rehabilitacyjne bez możliwości składania ich na czas transportu?

Zamawiający nie dopuszcza takiego wykonania

Treść pytania

6)Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac przeciwodleżynowy o wysokości 12 cm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza takiego wykonania

Treść pytania

7) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z opuszczanym blatem o wymiarach blatu stałego: długość x szerokość 510 x 450

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza takie wykonanie

Treść pytania

8) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z opuszczanym blatem wykonaną z płyty wiórowej laminowanej, w kolorze-jasny buk?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza takie wykonanie

Treść pytania

9) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem opuszczanym, składanym do boku szafki?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza takie wykonanie

Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert ulega przedłużeniu do dnia 24.11.2008 do godziny 9.00.