

Lublin dnia 08.06.2009r.

W odpowiedzi na zapytania z dnia 08.06.2009 przesłane faksem w ramach przetargu nieograniczonego na wyposażenie DPS Betania Zamawiający odpowiada co następuje:

Pytanie nr 1

1. Czy Zamawiający dopuści jednoogniskową, pojedynczą lampę bezcieniową na statywie jezdnym, z głównym źródłem światła w postaci żarówki metalohalogenkowej o mocy 70W oraz z rezerwowym źródłem światła – żarówka halogenowa o mocy 150W, o regulacji natężenia oświetlenia w zakresie 50-100%?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiej lampy.

Pytanie nr 2

2. Czy Zamawiający dopuści trzyogniskową, pojedynczą lampę bezcieniową na statywie jezdnym, ze źródłem światła w postaci trzech żarówek halogenowych o mocy 50W każda, o regulacji natężenia oświetlenia w zakresie 50-100%?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści takiej lampy.

Pytanie nr 3

3. Czy Zamawiający dopuści łóżka rehabilitacyjne z regulacją części pod-udowej w zakresie 0-27°?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści takie łóżka.

Pytanie nr 4

4. Czy Zamawiający dopuści łóżka rehabilitacyjne z czterema kołami jezdnyimi, z których dwa posiadają indywidualną blokadę?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści takie łóżka, gdzie blokada wystąpi na przemiennie.

Pytanie nr 5

5. Czy Zamawiający dopuści łóżka rehabilitacyjne bez regulacji pozycji Tredelenburga oraz antyTredelenburga?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści takiego łóżka.

Pytanie nr 6

6. Czy Zamawiający przedłuży termin realizacji zamówienia z 25 dni do 3 miesięcy?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie przedłuży terminu.

Pytanie nr7

7. Czy zmywarka poz.7 może posiadać moc 11,10kW?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści taką zmywarke.

Pytanie nr 8

8. Czy zmywarka kapturowa ma być wyposażona w uzdatniacz wody?

Odpowiedź:

Nie, zmywarka nie będzie wyposażona w uzdatniacz wody

Pytanie nr 9

9. Czy dokumenty które zostały wymienione pod tabelą w zał. Nr 1 (karty gwarancyjne, certyfikaty zgodności z CE oraz zaświadczenie o dopuszczeniu sprzętu medycznego do obrotu) mają zostać dostarczone wraz ze sprzętem po podpisaniu umowy?

Odpowiedź:

Tak, w/w dokumenty mają być dostarczone wraz ze sprzętem po podpisaniu umowy.