

W odpowiedzi na zapytania z dnia 03.04 .2009 przesłane faksem i pocztą e-mail w ramach przetargu nieograniczonego na wyposażenie DPS „Betania Zamawiający odpowiada co następuje:

Pytanie nr 1 dotyczy zadania nr 1 – Sprzęt rehabilitacyjny, medyczny, urządzenia dezynfekcyjne.

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu załączenia do oferty świadectwa dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego na produkty nie klasyfikowane jako wyrób medyczny (poz. 5, 10, 11, 12, 13)?

Zamawiający rezygnuje ze świadectwa dopuszczenia do obrotu sprzętu medycznego poz. 5,10,11 (bieżnia),12 i 13

Pytanie nr 2 dotyczy zadania nr 1 – Sprzęt rehabilitacyjny, medyczny, urządzenia dezynfekcyjne – poz. 3

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 3 pojemnik na ręczniki papierowe, nie popełnił omyłki pisarskiej i nie miał na myśli wysokości maksymalnej na poziomie 22-23 cm?

Zamawiający prostuje błąd powinno być „wysokości 22-23 cm

Pytanie nr 3 dotyczy zadania nr 1 – Sprzęt rehabilitacyjny, medyczny, urządzenia dezynfekcyjne – poz. 5

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 5 szafa metalowa z drzwiami przeszkolonymi 60 nie popełnił omyłki pisarskiej i nie miał na myśli głębokości szafy 43,5 cm?

Zamawiający prostuje błąd powinno być „głębokości 43,5 cm”

Pytanie nr 4 dotyczy zadania nr 1 – Sprzęt rehabilitacyjny, medyczny, urządzenia dezynfekcyjne – poz. 6

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 6 parawan teleskopowy do prania wyrazi zgodę na zaoferowanie parawanu o długości maksymalnej 2060 mm?

Zamawiający dopuszcza długość maksymalną 2060 mm

Pytanie nr 7 dotyczy zadania nr 1 – Sprzęt rehabilitacyjny, medyczny, urządzenia dezynfekcyjne – poz. 18

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 18 leżanka dopuści do zaoferowania leżankę z leżyskiem dwuczęściowym, tapicerowanym o wym. 55x185 cm?

Zamawiający dopuszcza wymiar 55x 185 cm

8. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne, w którym w czasie regulacji wysokości leża, całe leże unosi się w pionie, a nie tylko od strony głowy ? Nie obniża to właściwości użytkowych, gdyż pozycje siedzącą można uzyskać, unosząc segment oparcia pleców oraz udowy?

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania

9. proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający w opisie poz.21: „regulacja części pod-udowej”, ma na myśli część pod-udziową ? Jeśli tak to czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją części pod-udziowej wynoszącą 20° ? Jest to parametr lepszy od oczekiwanego,

Zamawiający dopuszcza kąt 20 stopni

10. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne posiadające obudowę wykonaną z drewna bukowego i z płyty wiórowej laminowanej w kolorze buk ?

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

11. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne z leżem wykonanym z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym, wypełnionym metalową siatką ?

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

12. Czy Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne o wymiarach: długość 214 cm, szerokość 107 cm?

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania

Termin realizacji zamówienia

13. Czy Zamawiający przychylił się do prośby i przedłużył termin realizacji zamówienia z 30 dni do 60 dni od dnia zawarcia umowy ?

Zamawiający nie dopuszcza przedłużenia terminu realizacji

Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia:

14. pozycja 11 –bieżnia będzie miała numer porządkowy 11A

15. w pozycji 21 (łóżka) **wyrzuca się akapit:** „pokrowiec wykonany z materiału ułatwiającego łatwą dezynfekcję kolor zielony odcień do uzgodnienia”

Lublin 2009-04-03

Z poważaniem