

Lublin, dnia 26.11.2013r.

Odpowiedzi na pytania dotyczące Zadania nr 1 Dostawa pieluchomajtek i cewników urologicznych, worków do zbiórki moczu i podkładówchłonnych jednorazowych

1. Czy zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pkt. 1,2,3,4,5,6,7: Pieluchomajtki posiadające system zapinania w postaci podwójnych przyłepców zapinanych w dowolnym miejscu na pasie frontowym produktu?

Zastosowaniu tego typu mocowania w produktach, pozwala na mocowanie przyłepców w dowolnym miejscu na taśmie frontowej produktu skutkiem czego jest lepsze dopasowanie produktu do indywidualnej budowy ciała co ułatwia pracę opiekuna podczas zmian produktowych a tym samym minimalizuje obciążenie pracy opiekuna. Jednocześnie pragniemy zauważyć, iż ów typ mocowania poprawia wygodę użytkownika podczas noszenia, obniżone zostało ryzyko przeciekania i podrażnienia skóry oraz ryzyko rozerwania produktu.

*Tak, Zamawiający dopuści pieluchomajtki posiadające taki system zapinania.*

2. Czy zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia pkt. 1,2,3,4,5,6,7: Pieluchomajtki posiadające minimum jeden ściągacz taliowy?

Produkty oferowane przez naszą firmę wyposażone są fabrycznie w pojedynczy ściągacz umieszczony w tylnej części wyrobu. Rozwiązanie technologiczne produkcji pieluchomajtek - anatomiczny kształt oraz przyłepce zapinane w dowolnym miejscu na pasie frontowym warunkują zastosowanie wyłącznie jednego ściągacza. Dzięki tym cechom zmniejszone jest ryzyko przeciekania, podrażnień skóry a poprawie uległa wygoda noszenia produktu przez użytkownika.

*Tak, Zamawiając dopuści pieluchomajtki z jednym ściągaczem taliowym.*

3. Czy zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia pkt. 1,2,3,4,5,6,7: Pieluchomajtki z zewnętrzną powłoką oddychającą na całej powierzchni chłonnej produktu?

*Nie, Zamawiający wymaga pieluchomajtki z zewnętrzną i wewnętrzną powłoką oddychającą na całej powierzchni chłonnej produktu.*

4. Czy zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pkt. 5: pieluchomajtki w rozmiarze L o obwodzie w pasie od 92 cm do 144 cm i chłonności min 2670 ml?

*Nie, Zamawiający nie dopuści pieluchomajtek w rozmiarze L o obwodzie w pasie od 92 cm do 144 cm i chłonności min 2670 ml.*

5. Czy zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pkt. 4: pieluchomajtki w rozmiarze M o obwodzie w pasie od 73 cm do 122cm i chłonności min 2480 ml?

*Nie, Zamawiający nie dopuści pieluchomajtek w rozmiarze M o obwodzie w pasie od 73 cm do 122cm i chłonności min 2480 ml.*

6. Czy zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pkt. 7: pieluchomajtki w rozmiarze L o obwodzie w pasie od 92 cm do 144 cm i chłonności min 3555 ml?

*Nie, Zamawiający nie dopuści pieluchomajtek w rozmiarze L o obwodzie w pasie od 92 cm do 144 cm i chłonności min 3555 ml.*

Dyrektor  
  
mgr Grażyna Zabielska