

Lublin, dnia 19.10.2015 roku

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
o wartości poniżej 30.000 euro  
na dostawę 2 szt. szaf chłodniczych**

W dniu 16.10.2015 roku do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o treści:

**„W związku ogłoszeniem przetargu proszę o informację czy zaakceptujecie Państwo urządzenie o następujących parametrach:**

**Parametry:**

- Wysokość - H: 2010 mm
- Głębokość - D: 800 mm
- Szerokość - W: 1340 mm
- Pojemność - V: 1300-1200 l
- w komplecie 6 półek powlekanych
- wymiary półek W x D: 650x530 mm
- bez chłodzenia dynamicznego”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zaakceptuje urządzenia o w/w parametrach.

Z – ca Dyrektora  
Grzegorz Sołtys