SM-OR.270.19.2014 Lublin, 26 sierpnia 2014 r.

Odpowiedź na zapytania

Straż Miejska Miasta Lublin informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pojazdu typu furgon wraz z zabudową, wyposażeniem specjalistycznym i oznakowaniem na potrzeby Eko-patrolu Straży Miejskiej Miasta Lublin wpłynęły następujące zapytania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w ramach rozwiązania równoważnego model urządzenia serii HQ30D wyposażonego w sondę do pomiaru stężenia tlenu? /dotyczy: urządzenie do analizy wody typu HACH LANGE multi HQ40D (elektroda 103 i 000) lub równoważne pkt III.8 SIWZ/

2. Czy w przypadku osobistych jednogazowych detektorów gazów wystarczająca jest możliwość zapisu/rejestracji maksymalnej wartości pomiaru od momentu włączenia miernika?

W odpowiedzi na powyższe zapytania Zamawiający informuje, że:

1. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jako urządzenia równoważnego do urządzenia do analizy wody typu HACH LANGE multi HQ40D (elektroda 103 i 000) urządzenia serii HQ30D wyposażonego w sondę do pomiaru stężenia tlenu.

2. W przypadku osobistych jednogazowych detektorów gazu wystarczająca jest możliwość zapisu/rejestracji maksymalnej wartości pomiaru od momentu włączenia miernika.

/-/ Jacek Kucharczyk
Komendant
Straży Miejskiej Miasta Lublin