

Lublin, dnia 14.09.2020r.

DPSB.DAG.342.2.2020

## ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniu na „**DOSTAWA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA NA DOPOSAŻENIE STANOWISK PRACY ORAZ TWORZENIE IZOLATEK I MIEJSC DO KWARANTANNY W RAMACH PROJEKTU PN.: „WSPARCIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM SKUTKOM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ PANDEMII COVID-19 W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ” DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „BETANIA” W LUBLINIE**”

Informuję, że w w/w wymienionym postępowaniu w wyniku odpowiedzi na zapytania, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ, tj. zmienia treść w Załącznika nr 7a do SIWZ (Zał. nr 2 do umowy) - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Część I Dostawa sprzętu medycznego.

### 1. Łóżko rehabilitacyjne +materac/wysięgnik - atestowane

Łóżko rehabilitacyjne pielęgnacyjne opuszczane do poziomu 20-25 cm od podłogi. **Cechy produktu:** Leże cztero-segmentowe, płynna regulacja wysokości leża na pilota, pozycja **anty-trendelenburga**, płynna regulacja kąta nachylenia wezglowia na pilota, płynna regulacja kąta nachylenia segmentu uda na pilota, leże metalowe, wysięgnik i barierki na wyposażeniu, produkt medyczny, atestowany, silowniki zabudowane, wymiary leża: **90x200 cm**, długość całkowita: **218 cm (+/- 5 cm)**, szerokość: **102 cm, (+/- 5 cm) min.** wysokość leża: **20 cm (+/- 5 cm)**, obciążenie całkowite (robocze) **max. 200kg** oraz obciążenie pacjenta **max. 165kg**. Materac przeciwoleżynowy na łóżko rehabilitacyjne typu gofer w pokrowcu zmywalnym paraprzepuszczalnym. **Cechy produktu:** produkt wodoodporny, bezpieczny suwak, zdejmowany pokrowiec (zamek na dwóch długościach), produkt oddychający, produkt antyalergiczny, długość: **200 cm**, szerokość **90 cm**, grubość minimum **15 cm**.



#### **4. Koncentrator tlenu atestowany**

**Cechy urządzenia: wysokie stężenie tlenu 93% ± 3 %, regulacja przepływu: 0,5 l/min - 5,0 l/min, koncentrator mobilny lub stacjonarny, poziom hałasu: do 40 dB (+/- 5 dB), zasilanie: 230v, urządzenie mobilne na kółkach, waga do 16,3 kg.**

#### **10. Łóżko do transportu atestowane**

**Stół stosowany wewnątrz budynku, barierki boczne składane obok ramy leża, leże tapicerowane porofleksem. cztery koła jezdne, z których dwa posiadają blokadę jazdy i obrotu**

**Szerokość całkowita 800mm +/- 5mm  
Długość całkowita: 2040mm +/- 5mm  
Obciążenie dopuszczalne: do 150 kg**

Aktualnie obowiązujący załącznik nr 7a do SIWZ w załączeniu.

Pozostałe zapisy Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.